

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团 体 标 准

T/CVMA XXXXX—XXXX

犬猫角膜清创技术规范

technical specification of corneal debridement in dogs and cats

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国兽医协会 发布

前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京中农大动物医院有限公司提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：北京中农大动物医院有限公司、中国农业大学、北京小动物诊疗行业协会、新瑞鹏宠物医疗集团、芭比堂动物医院。

本文件主要起草人：刘玥、庞茉、金艺鹏、董轶、夏楠。

中国兽医协会
CVMA

犬猫角膜清创技术规范

1 范围

本文件规定了犬猫角膜清创的准备物品、操作方法及注意事项。

本文件适用于全国各级各类宠物医疗机构医务人员对犬猫慢性角膜溃疡的清创操作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 犬猫清创的操作技术

4.1 准备物品

4.1.1 生理盐水、荧光素染色试纸、具有钴蓝光源的裂隙灯生物显微镜、眼表局麻药、0.5%聚维酮碘溶液、无菌棉试子。

4.2 操作方法

4.2.1 使用生理盐水滴湿荧光素染色试纸，将浸湿的试纸末端轻触背侧球结膜。

4.2.2 在暗室中，使用裂隙灯生物显微镜的钴蓝光照射确认角膜溃疡范围。

4.2.3 眼表局麻药点眼。

4.2.4 0.5%聚维酮碘溶液冲洗眼表。

4.2.5 生理盐水冲洗眼表。

4.2.6 使用无菌棉试子，沿角膜溃疡边缘径向向外侧擦拭角膜上皮细胞层，清除所有附着不良的上皮细胞层。

4.2.7 使用浸湿的荧光素染色试纸末端轻触背侧球结膜。

4.2.8 在暗室中，钴蓝光照射确认清创后的角膜溃疡范围，确认无其他附着不良的上皮细胞层。

4.3 注意事项

4.3.1 清创过程中棉试子浸湿后可更换新的棉试子。

4.3.2 若犬猫不配合，可在镇静或麻醉后进行。

中国兽医协会
CVMA