ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团　　体　　标　　准

T/CVMA XXXXX—XXXX

猫疱疹病毒 1 型微滴式数字 PCR 检测方法

Method of droplet digital PCR for detection of feline herpesvirus type 1

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

中国兽医协会　　发 布

中国兽医协会 CVMA

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市动物疫病预防控制中心提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：上海市动物疫病预防控制中心、金山区动物疫病预防控制中心、奉贤区动物疫病预防控制中心、北京新羿生物科技有限公司。

本文件主要起草人：李鑫、赵洪进、王建、杨德全、鞠厚斌、翁永刚、沈海潇、杨显超、吴文辉、葛菲菲、陶田谷晟、杨超。

中国兽医协会 CVMA

猫疱疹病毒 1 型微滴式数字 PCR 检测方法

1 范围

本文件规定了猫疱疹病毒1型（Feline herpesvirus type 1，FHV-1）微滴式数字PCR检测的操作方法。

本文件适用于猫疱疹病毒1型核酸的检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

数字 PCR： 数字聚合酶链反应（digital polymerase chain reaction）

BHQ1： 无荧光淬灭基团（black hole quencher-1）

HEX：六氯-6-甲基荧光素（Hexachlorofluorescein）

DNA： 脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid）

5 原理

微滴式数字PCR（Droplet Digital PCR，ddPCR）的技术原理是利用微滴化技术将一份反应体系分成数万个纳升级的微滴进行定量PCR检测，本质上是将传统定量PCR的一次检测变成数万次检测，提高了检测的灵敏度和精准度。微滴发生器可以将每一份扩增体系分成数万个均匀的纳升级微滴，每个微滴不含或者含有一个至数个待检核酸靶分子。每个微滴都将作为一个独立的PCR扩增体系，在PCR扩增仪上进行终点PCR扩增。利用微滴分析仪逐个对每个微滴进行检测，有荧光信号的微滴判读为1，没有荧光信号的微滴判读为0。然后根据泊松分布原理以及阳性微滴的比例，计算出待检靶分子的浓度或拷贝数。

6 试剂与材料

中国兽医协会 CVMA

6.1 引物和探针

上游引物（FHV-1 F）： 5’- AGAGGCTAACGGACCATCGA - 3’
下游引物（FHV-1 R）： 5’- GCCCGTGGTGGCTCTAAAC - 3’
探针（FHV-1 P）： 5’-HEX - TATATGTGTCCACCACCTTCAGGATCTACTGTCGT- BHQ1 - 3’

6.2 核酸提取试剂

选取针对提取病毒DNA的提取试剂盒，或等效的其他DNA提取试剂。

6.3 数字 PCR 反应试剂

按照不同的微滴式数字PCR平台的说明书选取其推荐的数字PCR反应试剂盒，或等效的其他反应试剂。

7 仪器与设备

生物安全柜、数字PCR平台、纯水仪、高速冷冻离心机、涡旋震荡仪。

8 操作步骤

8.1 样品采集及运输

采集猫的眼、鼻、口咽拭子等，具体要求按照NY/T 541执行。

8.2 DNA 提取

按照所选取的病毒DNA提取试剂盒说明书进行提取，或等效的其他DNA提取方法。

8.3 微滴式数字 PCR 扩增方法

8.3.1 微滴式数字 PCR 体系配制

微滴式数字 PCR 扩增体系配制按表 1 所示。该步骤按照不同微滴式数字 PCR 平台的说明书进行操作。

表 1 微滴式数字 PCR 扩增体系

试剂	终浓度	体积
酶混合液 [a]	/	10 μL
FHV-1 F（10 μmol/L）	0.5 μmol/L	1 μL
FHV-1 R（10 μmol/L）	0.5 μmol/L	1 μL
FHV-1 P（10 μmol/L）	0.25 μmol/L	0.5 μL
DNA 模板	/	2 μL
无核酸酶水	/	5.5 μL

中国兽医协会 CVMA

总体系	/	20 μL
注：使用微滴式数字 PCR 平台进行实验时，应依据不同微滴式数字 PCR 平台调整扩增体系的组分和最终体积，表中所列组分的终浓度不变。 [a] 微滴式数字 PCR 扩增试剂。		

8.3.2 微滴生成、数字 PCR 扩增及结果读取

反应液配制后，使用微滴发生器对扩增体系进行微滴生成。微滴生成后，进行微滴式数字 PCR 扩增。荧光分析步骤采用 HEX 单荧光通道，微滴式数字 PCR 扩增程序按表 2 所示。

表 2 微滴式数字 PCR 扩增程序

步骤	温度	持续时间	循环数
1	95 ℃	10 min	1
2	94 ℃	30 s	40
3	55 ℃	1 min	
4	98 ℃	10 min	1
5	12 ℃	60 min	1
注：升降温速率设置为 2.5 ℃/s。			

8.4 微滴式数字 PCR 反应的对照

在进行微滴式数字PCR实验时，应设置阳性对照、阴性对照与空白对照。以含有猫疱疹病毒1型的DNA作为阳性对照；以未感染猫疱疹病毒1型动物的拭子混样基因组作为阴性对照；以无核酸酶水作为空白对照。各对照PCR扩增体系中，除模板外，其余组分和PCR扩增程序与8.3.1和8.3.2相同。

9 结果分析

9.1 实验成立条件

微滴式数字PCR扩增结果，有效微滴数不得低于理论微滴数的60 %。阴性对照组和空白对照组均未检出阳性微滴，阳性对照有明显阳性微滴，且核酸拷贝数浓度≥ 10 拷贝/μL，则实验成立。

9.2 阈值设定

微滴式数字PCR结果中，阳性微滴和阴性微滴明显分开，阈值设在阳性微滴和阴性微滴分开的区域。

9.3 结果判定

9.3.1 阴性

样品中未检出阳性微滴，则判定为阴性。

9.3.2 阳性

样品中检测出阳性微滴，且阳性核酸拷贝数浓度≥ 2.7 拷贝/μL，则判定为阳性。

9.3.3 有效原则

样品中检测出阳性微滴，阳性核酸拷贝数浓度＜ 2.7 拷贝/μL，则需复检。若复检结果仍检测出阳性微滴，则判定为阳性，否则判定为阴性。

10 生物安全要求

检测过程中涉及的生物安全要求按照GB 19489 实验室生物安全通用要求的规定执行。

中国兽医协会 CVMA